

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT (PTB) RÜCKGEFÜHRT.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB).

Eichschein

Verification certificate



Nummer
Number

7-0365-21

Gegenstand
Object

Nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse III
Fahrzeugwaage, Max = 50000 kg, Min = 400 kg, e = 20 kg,
Standort: Werkseinfahrt, Waage 2

Identifikation
Identification

Typ: Disomat Tersus
Type

Fabrik-Nr.: DWM 660
Serial number

Hersteller
Manufacturer

Schenck

Antragsteller
Applicant

Firma Emil Keilich Wetzlar GmbH & Co. KG
Bahnhof Nordseite, 35576 Wetzlar

Prüfverfahren
Test procedure

entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung "Gesetzliches
Messwesen - Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen,
(GM-P 2.3 NSW)"

Ergebnis
Result

Das Messgerät entspricht den Anforderungen des § 37 Abs.
4 des Mess- und Eichgesetzes. "Die Fahrzeugwaage ist für
achsweises Wägen nicht geeignet"

Ort und Datum der Eichung
Place and date of verification

Wetzlar, 22.04.2021

Eichfrist endet am
Verification period until

31.12.2024

Eichkennzeichen
Verification Marking



Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.
Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.


Ort und Datum
Place and date

Dienstsiegel
Official stamp

Im Auftrag
On behalf of HED

Gießen, 23.04.2021




(Althaus)