

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT (PTB) RÜCKGEFÜHRT.  
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB).

## Eichschein

Verification certificate



**Nummer**

Number

7-203-24

**Gegenstand**

Object

Nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse III  
Fahrzeugwaage, Max = 50000 kg, Min = 400 kg,  
e = 20 kg, Standort: Werkseinfahrt Waage 2

**Identifikation**

Identification

Typ: Disomat Tersus  
Type

Fabrik-Nr.: DWM 660  
Serial number

**Hersteller**

Manufacturer

Schenck

**Antragsteller**

Applicant

Firma Emil Keilich Wetzlar GmbH & Co. KG  
Bahnhof Nordseite, 35576 Wetzlar

**Prüfverfahren**

Test procedure

entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung "Gesetzliches  
Messwesen - Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen,  
(GM-P 2.3 NSW)"

**Ergebnis**

Result

Das Messgerät entspricht den Anforderungen des § 37 Abs.  
4 des Mess- und Eichgesetzes. "Die Fahrzeugwaage ist für  
achsweises Wägen nicht geeignet"

**Ort und Datum der Eichung**

Place and date of verification

Wetzlar, 25.04.2024

**Eichfrist endet am**

Verification period until

31.12.2027

**Eichkennzeichen**

Verification Marking



Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

**Ort und Datum**

Place and date

Gießen, 02.05.2024

**Dienstsiegel**

Official stamp



**Im Auftrag**

On behalf of

(Ortman)