

**DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT (PTB) RÜCKGEFÜHRT.**  
*THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB).*

## Eichschein

Verification certificate



**Nummer**  
Number 7-0619-19

**Gegenstand**  
Object Nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse III  
Gleis-Verbundwaage, Max = 100000 kg, Min = 1000 kg,  
e = 50 kg, Standort: Gleisverladung

**Identifikation**  
Identification Typ: Disomat B plus Fabrik-Nr.: DWM-765  
Type Serial number

**Hersteller**  
Manufacturer Schenck

**Antragsteller**  
Applicant Firma Keilich Wetzlar GmbH & Co. KG  
Bahnhof Nordseite, 35576 Wetzlar

**Prüfverfahren**  
Test procedure entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung "Gesetzliches  
Messwesen - Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen,  
(GM-P 2.3 NSW)"

**Ergebnis**  
Result Das Messgerät entspricht den Anforderungen des § 37 Abs.  
4 des Mess- und Eichgesetzes.

**Ort und Datum der Eichung** Wetzlar, 27.05.2019  
Place and date of verification

**Eichfrist endet am** 31.12.2022  
Verification period until

**Eichkennzeichen**  
Verification Marking



Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.  
*Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.*

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.  
*This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.*


**Ort und Datum**  
Place and date

**Dienstsiegel**  
Official stamp

**Im Auftrag**  
On behalf of HED

Gießen, 27.06.2019



  
(Ortmann)