

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT (PTB) RÜCKGEFÜHRT.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB).

Eichschein

Verification certificate



Nummer

Number

7-0279-22

Gegenstand

Object

Nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse III
Gleiswaage, Max = 100.000 kg, Min = 1000 kg, e = 50 kg,
Standort: Gleisverladung

Identifikation

Identification

Typ: Disomat B plus

Type

Fabrik-Nr.: DWM-765

Serial number

Hersteller

Manufacturer

Schenck

Antragsteller

Applicant

Firma Emil Keilich Wetzlar GmbH & Co. KG
Bahnhof Nordseite, 35576 Wetzlar

Prüfverfahren

Test procedure

entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung "Gesetzliches
Messwesen - Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen,
(GM-P 2.3 NSW)"

Ergebnis

Result

Das Messgerät entspricht den Anforderungen des § 37 Abs.
4 des Mess- und Eichgesetzes.

Ort und Datum der Eichung

Place and date of verification

Wetzlar, 14.04.2022

Eichfrist endet am

Verification period until

31.12.2025

Eichkennzeichen

Verification Marking



Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.


Ort und Datum

Place and date

Gießen, 29.04.2022

Dienstsiegel

Official stamp



Im Auftrag

On behalf of

(Ortman)